

PATVIRTINTA
Nacionalinio akreditacijos biuro
prie Ūkio ministerijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu
Nr. V-30

POLITIKA DĖL KONTROLĖS ĮSTAIGŲ

Kontrolės įstaigos, kurių kontrolės metodo dalį sudaro bandymai, atliekami kontrolės įstaigos patalpose, esant kontroliuojamoms aplinkos sąlygoms ir naudojant sudėtingesnę įrangą ar tikrinimo procedūras, turi tenkinti šiuos reikalavimus:

1. turėti pagrindinių tikrinamų parametrų, kurie nustatomi naudojant pamatinius etalonus, matavimo neapibrėžties skaičiavimo procedūras, mokėti skaičiuoti matavimo neapibrėžtį ir mokėti pateikti ją išduodamuose dokumentuose (LST EN ISO/IEC 17025:2005 5.4.6 p.);
 2. taikyti Biuro politikas dėl laboratorijų ir kontrolės įstaigų dalyvavimo PT/ILC programose ir dėl vidinio kokybės valdymo (LST EN ISO/IEC 17025:2005 5.9 p.);
 3. parengti sieties schemas, parodančias fizikinio dydžio vieneto perdavimą nuo pamatinių etalonų, darbinėms matavimo priemonėms (LST EN ISO/IEC 17025:2005 5.6.2 p.).
-